

Instrukcja legalizacyjna dla złożonych przyrządów do mierzenia objętości cieczy.

10. 1. 38.

Przybory legalizacyjne.

§ 1.

Do legalizowania złożonych przyrządów do mierzenia objętości cieczy urzędy miar będą wyposażone w niżej wymienione przybory:

A. Narzędzia miernicze normalne bezpośrednie.

Komplet kolb szklanych przewidziany w IL 3,328/1 A 1. Jednakże kolby o pojemności 5 l mogą posiadać jedną tylko kresę główną.

B. Wzorce normalne kontrolne.

Nie stosuje się.

C. Przybory pomocnicze.

1. Komplet menzur szklanych wg IL 3,328/1 C 1.
2. Pipeta z podziałką wg IL 3,328/1 C 2.
3. Suwak mierniczy wg IL 3,328/1 C 5.
4. Termometr do pomiaru temperatury otoczenia wg IL 3,328/1 C 8.
5. Termometr do pomiaru temperatury wody wg IL 3,328/1 C 9.
6. Pion.
7. Poziomnica.
8. Płyta na śrubach regulacyjnych wg IL 3,328/1 C 16.
9. Zbiornik do wody.
10. Stół laboratoryjny.
11. Kowadełko blacharskie (szparóg) do cechowania.
12. Urządzenie do piaskowania wg IL 3,328/1 C 20.
13. Komplet przyborów do wytrawiania na szkłe.

D. Stemple legalizacyjne.

Stemple urzędu zwyczajne do wybijania szerokie z tłem (**S u z b s n**), wielkości: 6,5; 4; 2,5.

Stemple urzędu zwyczajne do wybijania ostre głębokie (**S u z b o g**), wielkości: 6,5; 4; 2,5.

Szablony do piaskowania na szkłe cech urzędu (**S u**): 9.

Stemple urzędu do wytrawiania (**S u z t**).

Stemple roczne do wybijania szerokie z tłem (**S r b s n**), wielkości: 3; 2.

Stemple roczne do wybijania ostre głębokie (**S r b o g**), wielkości: 4,3; 3; 2.

Szablony do piaskowania cech rocznych (**S r**): 4,3.

Stempel roczny do wytrawiania (**S r t**).

Plombownica z 3-ma stemplami wymiennymi: 2 urzędu i 1 rocznym.

E. Stemple pomocnicze.

3 komplety cyfr oraz oznaczenia *hl* i *l* do wybijania, wytrawiania i piaskowania.

Obchodzenie się z wzorcami normalnymi.

§ 2.

Obowiązują wskazówki podane w IL 3,328/1 § 2.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Zbiór wydawany przez Główny Urząd Miar.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Postanowienia końcowe.

§ 3.

Urzędy zaopatrzone w przybory inne niż wymienione w niniejszym spisie powinny używać je nadal aż do wycofania na podstawie specjalnych zarządzeń Dyrektora Głównego Urzędu Miar lub do czasu zużycia lub zniszczenia.

Nowe przybory należy zapotrzebowywać wg niniejszego spisu. Jednak aż do czasu wyczerpania zapasów magazynu Głównego Urzędu Miar jest możliwe dostarczanie niektórych przyborów nie odpowiadających ściśle pewnym mniej istotnym wymaganiom niniejszego spisu.

Uchyła się POM poz. 3,358/1 i POM poz. 3,358/1,5.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie tygodnia od daty ogłoszenia w POM.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

(—) dr inż. Z. Rauszer

G U M Nr 37.I.2200.1.